



**84º PROGRAMA DE ENSAIO DE PROFICIÊNCIA  
EM CALIBRAÇÃO NA ÁREA DE TEMPERATURA E  
UMIDADE  
NAS PRÓPRIAS INSTALAÇÕES DOS  
PARTICIPANTES – 2024**



**PROTOCOLO DO 84º PROGRAMA  
DE ENSAIO DE PROFICIÊNCIA**



**EM CALIBRAÇÃO NA ÁREA DE TEMPERATURA E  
UMIDADE  
NAS PRÓPRIAS INSTALAÇÕES DOS PARTICIPANTES  
RODADA 1**

Emitido em 09 de julho de 2024 – Edição 01



**84º PROGRAMA DE ENSAIO DE PROFICIÊNCIA  
EM CALIBRAÇÃO NA ÁREA DE TEMPERATURA E  
UMIDADE  
NAS PRÓPRIAS INSTALAÇÕES DOS  
PARTICIPANTES – 2024**



## 1. INTRODUÇÃO

A QLM Inovações Tecnológicas iniciou suas atividades em 2006 com foco na realização de consultorias e treinamentos nas áreas de calibração e ensaio, tendo participado da acreditação de mais de 40 laboratórios por todo o Brasil.

Durante este período, a empresa se deparou com a necessidade de seus clientes de participar em programas de ensaios de proficiência, pois os ensaios disponíveis eram muito reduzidos, além de contarem com um número limitado de participantes.

Para atender a essa demanda, no ano de 2012, a QLM implantou esta área de trabalho, de acordo com as diretrizes da norma ABNT NBR ISO/IEC 17043 – Avaliação de conformidade – Requisitos Gerais para Ensaio de Proficiência - EP. Desde então, tornou-se uma referência na área de programas de ensaios de proficiência, proporcionando oportunidades para laboratórios de todo o Brasil aprimorarem sua competência técnica e garantirem a qualidade de seus serviços.

## 2. OBJETIVO

O programa de ensaios de proficiência da QLM Inovações Tecnológicas tem como objetivos:

- ✓ Avaliar e comparar os resultados dos laboratórios para um mesmo serviço;
- ✓ Determinar o desempenho dos laboratórios participantes, comparando-os de forma coletiva, além de avaliar o desempenho de forma individual;
- ✓ Avaliar as condições técnicas do processo;
- ✓ Atender à norma ABNT NBR ISO/IEC 17043 vigente;
- ✓ Fornecer subsídios para os laboratórios buscarem melhorias contínuas em seu sistema de gestão e nas calibrações consideradas em cada EP;
- ✓ Estimular discussões entre os laboratórios participantes, ou em comissões técnicas, buscando corrigir falhas comuns, como nas técnicas adotadas para as calibrações realizadas pelos laboratórios;
- ✓ Fornecer confiança tanto aos clientes do laboratório como aos órgãos acreditadores;
- ✓ Atender às exigências da acreditação dos laboratórios (NIT DICLA 026 ou similares internacionais).



**84º PROGRAMA DE ENSAIO DE PROFICIÊNCIA  
EM CALIBRAÇÃO NA ÁREA DE TEMPERATURA E  
UMIDADE  
NAS PRÓPRIAS INSTALAÇÕES DOS  
PARTICIPANTES – 2024**



### 3. COORDENAÇÃO

A coordenação deste programa é realizada pela empresa QLM Inovações Tecnológicas por meio de equipe especializada, conforme descrito a seguir:

- Coordenação Geral: **Marcelo Alves dos Santos**, afiliado à **QLM Proficiência**;
- Coordenação Técnica: **Marcelo Alves dos Santos**, afiliado à **QLM Proficiência**;
- Coordenação Administrativa: **Rafael Borges Ribeiro**, afiliado à **QLM Proficiência**;

### CONSULTORIA E APOIO TÉCNICO

**Rodrigo Gomes Cordeiro** afiliado à **Elus Instrumentação**

**Moisés Vieira de Jesus** afiliado à **Ecil Produtos e Sistemas de Medição e Controle Ltda**

Quaisquer dúvidas, reclamações ou apelações relativas à programação e procedimentos adotados neste Programa devem ser encaminhadas à QLM, responsável pelo EP, por meio dos seguintes contatos:

- Telefones: (055) 11-26490940 ou (055) 11-979900180 (whatsapp);
- E-mail: [proficiencia@qlmpro.com.br](mailto:proficiencia@qlmpro.com.br).

### SUBCONTRATADOS

#### **Elus Serviços de Instrumentação Eireli (CAL-0439)**

End.: Av. Dr. Assis Ribeiro, 10098 - Vila Jacuí - São Paulo / SP - Brasil

#### **Ecil Produtos e Sistemas de Medição e Controle Ltda (CAL-0026)**

End.: Rodovia Raimundo Antunes Soares, 1315 - Paulas Mendes - Piedade / SP - Brasil

### 4. PARTICIPAÇÃO

A programação está aberta a todos os laboratórios da área de CALIBRAÇÃO - TEMPERATURA E UMIDADE, sejam eles acreditados, postulantes a acreditação ou outros interessados na garantia da validade de seus resultados, bem como no correto estabelecimento da rastreabilidade metrológica de seus resultados ao Sistema Internacional de Unidades (SI). Os participantes deverão atender a este programa, respeitando todas as condições técnicas, logística, cuidados específicos e aspectos financeiros.

Para que este programa seja realizado, o Provedor deverá contar com um mínimo de 4 participantes e um máximo de 20 participantes por item de comparação. Para itens que atinjam o limite de inscrição ou apresentem problemas, o Provedor poderá incluir um novo item neste EP.



**84º PROGRAMA DE ENSAIO DE PROFICIÊNCIA  
EM CALIBRAÇÃO NA ÁREA DE TEMPERATURA E  
UMIDADE  
NAS PRÓPRIAS INSTALAÇÕES DOS  
PARTICIPANTES – 2024**



Os interessados em participar deste programa de EP devem efetuar o cadastro da empresa e/ou inscrição no site: [qlmpro.com.br](http://qlmpro.com.br), além de realizar o pagamento da taxa de inscrição no prazo estabelecido.

O Provedor limitará o número de casas decimais no preenchimento dos resultados com dígitos suficientes para a realização dos cálculos sem impacto nos resultados. Todas as casas decimais existentes serão utilizadas nos cálculos pelo Provedor, sendo possíveis arredondamentos realizados apenas na apresentação do relatório do programa.

## **5. ARTEFATOS DA COMPARAÇÃO**

### **Artefato: AP-2843**

- ✓ Termohigrômetro digital (temperatura: 20 °C e 25 °C) / (umidade relativa: 40 %UR, 60 %UR e 80 %UR). Considerar a calibração de umidade relativa nas temperaturas de referências de 20 °C e 25 °C.
- ✓ Marca: TESTO - Modelo: 610.
- ✓ Subcontratada: ELUS INSTRUMENTAÇÃO.
  - Calibração da temperatura (resolução 0,1 °C), nos pontos 20 °C e 25 °C;
  - Calibração da Umidade relativa (resolução 0,1 %UR), nos pontos 40 %UR, 60 %UR e 80 %UR (temperatura de referência de 20 °C), e/ou;
  - Calibração da Umidade relativa (resolução 0,1 %UR), nos pontos 40 %UR, 60 %UR e 80 %UR (temperatura de referência de 25 °C).

### **Artefato: AP-2844**

- ✓ Termômetro de radiação Infravermelha faixa espectral: (8 a 14) µm, faixa de indicação (-50 a 600) °C, com resolução de 0,1 °C.
- ✓ Marca: Testo - Modelo: 835-T1.
- ✓ Subcontratada: Ecil Produtos e sistemas de medição e controle Ltda.

O Artefato possui uma relação (D:S) de 50:1 sendo o campo focal S e distância D.

Utilizar nesta comparação a emissividade de 0,95.

Pontos da comparação (-20, 20, 50, 200 e 400) °C

**Artefato: AP-2845**

- ✓ Termômetro de líquido em vidro de imersão total, com faixa nominal de (-10 a 70) °C e resolução de 0,1 °C. Pontos da comparação: (-5, 20 e 70) °C.
- ✓ Marca: Rivatherm.
- ✓ Subcontratada: ELUS INSTRUMENTAÇÃO.

**Artefato: AP-2846**

- ✓ Termômetro digital com sensor termorresistivo com faixa nominal de (-40 a 300) °C e resolução de 0,01 °C. Pontos da comparação: (-40, 0, 50, 100, 200 e 300) °C
- ✓ Marca: Yokogawa - Modelo: YTA110.
- ✓ Subcontratada: ELUS INSTRUMENTAÇÃO.

**Artefato: AP-2847**

- ✓ Transmissor de temperatura para sensor termopar tipo T com saída (4 a 20) mA correspondente a faixa nominal de (-20 a 350) °C. Comparação nos pontos: (-20, 20, 100, 200 e 350) °C.
- ✓ Marca: Rosemount - Modelo: 3144P.
- ✓ Subcontratada: Ecil Produtos e sistemas de medição e controle Ltda.

## 6. CRONOGRAMA DA RODADA DO PROGRAMA

- Encerramento das inscrições: 04/10/2024;
- Previsão para o início da comparação: 07/10/2024;
- Previsão para o término da comparação: 29/08/2025;
- Previsão para emissão do relatório preliminar: 29/09/2025;
- O relatório final será emitido de 30 a 45 dias após a emissão do relatório preliminar.

A programação poderá sofrer alterações em função do número de participantes, sendo o monitoramento realizado através do cronograma eletrônico disponibilizado no site. É fundamental que os participantes acompanhem regularmente o cronograma eletrônico para ficarem atualizados sobre eventuais alterações.

## 7. DETERMINAÇÃO DO VALOR DESIGNADO E SUA INCERTEZA

Os resultados deverão vir acompanhados de suas respectivas incertezas de medição para uma probabilidade de abrangência de aproximadamente 95%, conforme devido no documento EA 4-02 do European Corporation Accreditation (NIT DICLA 021 – Cgcre – Brasil).

### **7.1. VALOR DESIGNADO E SUA INCERTEZA DE MEDIÇÃO**

- Os valores designados (X) e suas incertezas (uX) serão determinados pelo Provedor conforme descrito a seguir:

#### Valor designado (X):

- O valor designado (X) é estabelecido nas calibrações realizadas pelo laboratório acreditado (subcontratado). O resultado considerado como valor designado (X) será a média entre o valor obtido na calibração inicial (Li) e o valor obtido na calibração final (Lf).

$$X = \frac{Li + Lf}{2}$$

#### Incerteza padrão do valor designado (uX):

- A incerteza padrão do valor designado (uX) é determinada pela seguinte equação, levando em consideração a incerteza padrão estabelecida nas calibrações realizadas pelo laboratório subcontratado (uref), a estabilidade dos artefatos (uestab) e a homogeneidade dos artefatos (uhom):

$$uX = \sqrt{(uref)^2 + (uestab)^2 + (uhom)^2}$$

a) Incerteza padrão estabelecida nas calibrações realizadas pelo laboratório subcontratado (uref)

- A incerteza padrão da referência (uref) é determinada como a média quadrática da incerteza padrão inicial da referência (uref.i) com a incerteza padrão final de referência (uref.f):

$$uref = \sqrt{\frac{(uref.i)^2 + (uref.f)^2}{2}}$$

Sendo:

$$uref.i \text{ ou } uref.f = \frac{U}{k}$$

U = Incerteza expandida de medição da calibração realizada pelo laboratório de referência.

k = Fator de abrangência da calibração realizada pelo laboratório de referência.

b) Determinação da estabilidade dos artefatos – longo prazo (uestab):

- A estabilidade dos artefatos (uestab) é determinada pela variação máxima dos resultados entre a calibração inicial ( $L_i$ ), a calibração final ( $L_f$ ) e as calibrações intermediárias ( $L_{int}$ ).
- A deriva considerada será o maior resultado absoluto entre: ( $L_f - L_i$ ) e ( $L_{int} - L_i$ ).

$$uestab = \frac{\text{deriva}}{\sqrt{3}}$$

c) Determinação da homogeneidade dos artefatos ( $u_{hom}$ ):

Quando definido no plano do EP, o Provedor determinará uma fonte de incerteza padrão referente a homogeneidade. Esta fonte de incerteza padrão poderá ser determinada pelo laboratório subcontratado, ou por outros mecanismos, como referência bibliográficas, manual do fabricante ou testes práticos.

Incerteza de medição do valor designado ( $U_X$ ):

- A incerteza de medição do valor designado ( $U_X$ ) é obtida multiplicando-se a incerteza padrão do valor designado ( $u_X$ ) pelo fator de abrangência ( $k$ ), para um nível de confiança de aproximadamente 95%.

$$U_X = k * u_X$$

## 8. AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO

### Erro normalizado

O método estatístico utilizado neste programa de EP será por cálculo de  $En$  (Erro normalizado), conforme equação a seguir:

$$En = \frac{(X_{lab} - X)}{\sqrt{U_{lab}^2 + U_X^2}}$$



**84º PROGRAMA DE ENSAIO DE PROFICIÊNCIA  
EM CALIBRAÇÃO NA ÁREA DE TEMPERATURA E  
UMIDADE  
NAS PRÓPRIAS INSTALAÇÕES DOS  
PARTICIPANTES – 2024**



Onde:

$E_n$  = Erro Normalizado;

$X_{lab}$  = Valor obtido pelo participante;

$X$  = Valor designado;

$U_X$  = Incerteza de medição do valor designado;

$U_{lab}$  = Incerteza de medição do participante.

Avaliação do Desempenho:

O resultado será considerado como satisfatório caso o valor  $|E_n| \leq 1$ .

## **9. LOGÍSTICA DA RODADA**

Os artefatos serão encaminhados para o participante conforme programação prévia informada com uma antecedência mínima de 15 dias do início da circulação do programa. Os artefatos serão enviados em uma embalagem própria para garantir a segurança e integridade dos artefatos.

Ao receber os artefatos, o participante tem até 01 dia útil para realizar a verificação da integridade física, deficiência, violação e embalagem dos mesmos (conforme fotos da embalagem disponibilizada no site). É importante que o participante preencha o formulário de "Controle de chegada dos artefatos" (FT-02) através do site [www.qlmpro.com.br](http://www.qlmpro.com.br), para que o Provedor possa manter a confiabilidade dos artefatos durante toda a comparação.

É de responsabilidade do participante o zelo pelos artefatos durante a permanência em suas instalações, mantendo sempre na embalagem inicial, em local seguro e sendo manuseado apenas por pessoal autorizado do participante. Todos os artefatos são identificados com uma identificação unívoca e lacrados (quando necessário).





**84º PROGRAMA DE ENSAIO DE PROFICIÊNCIA  
EM CALIBRAÇÃO NA ÁREA DE TEMPERATURA E  
UMIDADE  
NAS PRÓPRIAS INSTALAÇÕES DOS  
PARTICIPANTES – 2024**



EM NENHUMA HIPÓTESE OS ARTEFATOS PODERÃO SER REPARADOS, AJUSTADOS ELETRONICAMENTE OU FISICAMENTE OU SUBMETIDOS A QUAISQUER OUTROS TRATAMENTOS QUE NÃO ESTEJAM DEFINIDOS NO PROGRAMA SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO DE SEUS RESPONSÁVEIS (QUANDO DEFINIDO NO MÉTODO, O AJUSTE DO ZERO É PERMITIDO E NECESSÁRIO).

O programa deve ser seguido conforme cronograma eletrônico tendo cada participante 4 dias úteis, após o dia do recebimento para a conclusão das medições.

Após o término da participação, o participante deve embalar o material conforme fotos disponibilizadas no programa. É importante também o preenchimento do formulário de “Controle de saída dos artefatos” (FT-03) através do site [www.qlmpro.com.br](http://www.qlmpro.com.br) e registros de fotos, visando a comprovação do atendimento ao solicitado em caso de problemas posteriores aos artefatos.

No quinto dia útil, os artefatos serão retirados da empresa por uma transportadora contratada pelo Provedor, para dar prosseguimento ao programa.

Após o dia previsto para a conclusão dos trabalhos, o participante terá mais 5 dias úteis para preencher de forma completa o formulário de “Registro dos resultados” (FT-04) no site. Não serão aceitos pontos diferentes dos definidos no programa e as unidades de medidas deverão estar exatamente conforme definido no formulário (FT-04). O não preenchimento do registro de resultados no prazo definido neste protocolo dará ao Provedor o direito de excluir o participante do programa na fase de elaboração de relatório preliminar sem aviso prévio.

**Notas:**

- 1) As datas da programação deverão ser respeitadas e possíveis atrasos devem ser avisados com antecedência, pois, caso isto ocorra e não seja justificado previamente, o participante será multado por dia de atraso (valor informado no item 12).
- 2) Caso o participante danifique ou extravie o artefato, este será multado no valor equivalente à aquisição de um artefato novo ou reparo, além dos novos custos dos estudos realizados pelo subcontratado (consultar os organizadores).
- 3) Caso os organizadores entendam que houve falsificação de resultados ou conluio entre os participantes, os envolvidos serão excluídos da rodada do programa.
- 4) Será considerado como dia útil feriados regionais e municipais.



**84º PROGRAMA DE ENSAIO DE PROFICIÊNCIA  
EM CALIBRAÇÃO NA ÁREA DE TEMPERATURA E  
UMIDADE  
NAS PRÓPRIAS INSTALAÇÕES DOS  
PARTICIPANTES – 2024**



## **10. CONFIDENCIALIDADE DAS INFORMAÇÕES**

Os organizadores e seus subcontratados se comprometem a manter sigilo das informações referentes a todo o programa e de forma alguma serão fornecidas informações dos resultados antes da emissão do relatório preliminar. Consultores / Apoios Técnicos utilizados no desenvolvimento do programa, logística, entre outras necessidades da organização, se limitarão a suas participações sem acesso aos resultados dos laboratórios participantes.

Cada laboratório recebe um número (XX) de participação para cada item da comparação que é gerado pelo site [www.qlmpro.com.br](http://www.qlmpro.com.br) de forma automática, e que permitirá que cada participante possa ver sua performance de participação na rodada do EP, nos relatórios emitidos (preliminar e final). Este número será disponibilizado na própria inscrição de participação após a confirmação do pagamento da taxa de participação e entrega da documentação obrigatória.

## **11. AÇÕES POSTERIORES AO ENCERRAMENTO DO EP**

Para participantes que obtiverem resultados Insatisfatórios em algum item da comparação, a QLM Proficiência concederá um desconto de 30% na participação no próximo programa que for aberto pelo Provedor (similar), desde que tenha um novo programa aberto até seis meses da data do relatório final ou em um novo programa sob demanda, com descontos exclusivos.

O participante também poderá optar em contratar um programa Sob Demanda (SD) que será criado exclusivamente para o contratante que poderá realizar este ensaio em um tempo curto a um custo adequado. Consulte-nos sobre os descontos exclusivos.



**84º PROGRAMA DE ENSAIO DE PROFICIÊNCIA  
EM CALIBRAÇÃO NA ÁREA DE TEMPERATURA E  
UMIDADE  
NAS PRÓPRIAS INSTALAÇÕES DOS  
PARTICIPANTES – 2024**



## 12. CUSTOS DA PARTICIPAÇÃO

### Custos para participação no Programa:

Quantidade	Taxa de participação	Custo de Transporte		
		Transporte 1	Transporte 2	Transporte 3
1	R\$ 1,300.00	R\$ 135.00	R\$ 190.00	R\$ 265.00
2	R\$ 1,800.00	R\$ 135.00	R\$ 190.00	R\$ 265.00
3	R\$ 2,550.00	R\$ 135.00	R\$ 190.00	R\$ 265.00
4	R\$ 3,300.00	R\$ 190.00	R\$ 245.00	R\$ 330.00
5	R\$ 4,000.00	R\$ 190.00	R\$ 245.00	R\$ 330.00

Transporte 1: Localizado na grande São Paulo

Transporte 2: Localizado em outras regiões do estado de São Paulo

Transporte 3: Localizado em outros estados do Brasil

NA: Não Aplicado

### Notas:

- Após o início do programa ou nova inscrição para programas já em andamento, será emitida uma Nota Fiscal e enviada por e-mail (cadastrado no site) referente ao pagamento a Taxa de Participação + Transporte (conforme sua localidade, quando aplicável, tendo o participante 10 dias para efetuar o pagamento através de boleto bancário, ou depósito em conta bancária (vide casos especiais).
- Para inscrição a partir de 3 artefatos, o pagamento poderá ser realizado em duas parcelas (10/30 dias) e para inscrição a partir de 5 artefatos, quando aplicado, o pagamento poderá ser realizado em três parcelas (10/30/50 dias). Em ambas as situações o pagamento deverá ser via depósito, desde que o parcelamento seja solicitado no e-mail [comercial@qlmpro.com.br](mailto:comercial@qlmpro.com.br), NO ATO DA INSCRIÇÃO.
- Retenção de Impostos Municipais/Estaduais: Estes custos deverão ser pagos pelo participante e podem ser incluídos na nota fiscal, desde que seja solicitado, no e-mail [comercial@qlmpro.com.br](mailto:comercial@qlmpro.com.br) NO ATO DA INSCRIÇÃO (antes da emissão da Nota Fiscal).
- Não será aceito qualquer tipo de desconto/tributação no ato do pagamento, para que seja efetivada a inscrição, o pagamento deverá ser feito de forma integral (valor total da Nota Fiscal emitida).
- Caso o participante necessite da descrição de alguma informação especial no corpo da NF (por exemplo descrever Nº de PEDIDO DE COMPRA), a informação/arquivo deverá ser enviado NO ATO DA INSCRIÇÃO para o e-mail [comercial@qlmpro.com.br](mailto:comercial@qlmpro.com.br). Após emissão da Nota Fiscal não será possível realizar qualquer tipo de alteração/substituição.



**84º PROGRAMA DE ENSAIO DE PROFICIÊNCIA  
EM CALIBRAÇÃO NA ÁREA DE TEMPERATURA E  
UMIDADE  
NAS PRÓPRIAS INSTALAÇÕES DOS  
PARTICIPANTES – 2024**



- O participante poderá solicitar o cancelamento de sua inscrição sem nenhum custo administrativo dentro do mês da emissão da nota fiscal, porém após este período, será cobrada uma taxa de 15% sob o valor da inscrição referente aos custos da nota fiscal ou poderá optar em manter o valor integral como crédito para participação em um novo programa.
- Solicitação de cancelamento da participação (total ou parcial) após o contratante já ter participado programa, não será passível de reembolso ou crédito.

- Multa por reprogramação sem prévio aviso:

R\$ 100,00 (cem reais), pagos em até 30 dias após a data da infração;

- Multa por dia de atraso:

R\$ 70,00 (setenta reais) por dia de atraso, pagos em até 30 dias após a data da infração;

- Quebra ou extravio do artefato:

O participante arcará com os custos de reparo + aquisição de um novo artefato, além de arcar com os novos custos do laboratório subcontratado.

### **Observações:**

- Caso durante o andamento da programação ocorra algum problema como quebra ou alteração nos resultados de algum artefato, o Provedor se reserva o direito de repetir o programa sem a cobrança de taxas extras.
- Caso o participante não preencha os resultados da sua participação, conforme prazos definidos neste protocolo, durante a elaboração do Relatório Preliminar, será excluído do programa de forma automática, sem direito a devolução dos valores pagos.
- Caso a transportadora contratada cobre uma "Taxa Extra" para entrega/coleta em áreas de difícil acesso ou por tempo excessivo de espera, o custo deverá ser pago pelo participante via depósito em conta QLM, logo após a entrega/coleta.



**84º PROGRAMA DE ENSAIO DE PROFICIÊNCIA  
EM CALIBRAÇÃO NA ÁREA DE TEMPERATURA E  
UMIDADE  
NAS PRÓPRIAS INSTALAÇÕES DOS  
PARTICIPANTES – 2024**



### **13. MÉTODO DE CALIBRAÇÃO**

Para a realização das calibrações, verificar se existe um protocolo mais atualizado (consultar o site [www.qlmpro.com.br](http://www.qlmpro.com.br)) para assegurar o atendimento das condições descritas no item 13.1 do protocolo, visando garantir a validade dos resultados:

#### **13.1. Fatores a serem considerados pelos participantes:**

##### ***Termohigrômetro digital - AP-2843***

Realizar as medições no ponto definido na rodada do programa do EP, com variação máxima de  $\pm 3 \%UR$  (para umidade relativa) e  $\pm 2 ^\circ C$  para os pontos de temperatura.

Respeitar a temperatura de referência estabelecida para a umidade relativa, com variação máxima de  $\pm 2 ^\circ C$ .

Calibrar o artefato imerso totalmente em uma câmara térmica / climática.

A avaliação do desempenho será determinada considerando ( $X_{lab}$ ) como erro do artefato obtido na calibração pelo participante e ( $X$ ) como erro do artefato obtido como valor designado.

##### ***Termômetro de radiação Infravermelha - AP-2844***

A calibração deve respeitar a emissividade definida no EP.

Realizar as medições no ponto definido na rodada do programa do EP, com variação máxima de  $\pm 2 ^\circ C$ .

A calibração realizada pela referência a distância do alvo de 600 mm para cada ponto e o cálculo do valor da homogeneidade realizado entre as distâncias de (600 a 1000) mm.

A avaliação do desempenho será determinada considerando ( $X_{lab}$ ) como erro do artefato obtido na calibração pelo participante e ( $X$ ) como erro do artefato obtido como valor designado.

### ***Termômetro de líquido em vidro - AP-2845***

Ao receber o instrumento, conferir se a coluna está com o líquido separado, caso positivo, o participante deverá entrar em contato com a QLM Proficiência, para definição de como agir.

Caso a calibração seja realizada com imersão diferente da imersão do termômetro, o participante deverá corrigir o erro da coluna emergente, ou considerá-la como fonte de incerteza de medição.

Acondicionar o termômetro em posição inclinada, com o bulbo para baixo, por no mínimo 24 horas, antes da calibração.

Caso haja quebra do termômetro, solicitamos que não haja contato humano com o líquido da coluna, e se possível colocar o líquido em uma frascaria, e nos devolver para que possamos descartá-lo de forma segura, sem prejuízo a natureza.

Realizar as medições no ponto definido na rodada do programa do EP, com variação máxima de  $\pm 2$  °C.

Ao embalar o termômetro para despacho, respeitar o posicionamento descrito nas informações de embalagem, mantendo-o firme em sua embalagem e respeitando a seta indicativa da caixa.

Apresentar os resultados em °C.

A avaliação do desempenho será determinada considerando (X<sub>lab</sub>) como erro do artefato obtido na calibração pelo participante e (X) como erro do artefato obtido como valor designado.

### ***Termômetro digital com sensor termorresistivo - AP-2846***

Utilizar na calibração uma imersão mínima do sensor de 120 mm.

Realizar as medições no ponto definido na rodada do programa do EP, com variação máxima de  $\pm 2$  °C.

Medir a resistência de isolamento no início e no final das medições (quando informado no controle de chegada e/ou controle de saída).



**84º PROGRAMA DE ENSAIO DE PROFICIÊNCIA  
EM CALIBRAÇÃO NA ÁREA DE TEMPERATURA E  
UMIDADE  
NAS PRÓPRIAS INSTALAÇÕES DOS  
PARTICIPANTES – 2024**



Critério para o teste de isolamento: 100 M $\Omega$ , aplicando uma tensão de (10 a 100) V nas condições ambientais do laboratório.

Nota: caso o critério estabelecido para medição da resistência de isolamento não seja atendido, o participante deverá comunicar aos organizadores que deverão avaliar o ocorrido e caso se comprove a baixa resistência de isolamento, o artefato deverá ser substituído.

A avaliação do desempenho será determinada considerando (X<sub>lab</sub>) como erro do artefato obtido na calibração pelo participante e (X) como erro do artefato obtido como valor designado.

***Transmissor de temperatura para sensor termopar tipo T - AP-2847***

Simular no padrão os valores dos pontos definidos para a comparação e realizar a leitura indicada no artefato em mA.

Realizar as medições no ponto definido na rodada do programa do EP, com variação máxima de  $\pm 2$  °C.

Realizar as leituras de saída correspondente em mA e converter para °C.

Utilizar uma tensão de alimentação de 24 V, ou justificado se diferente disto.

Apresentar os resultados em °C.

A avaliação do desempenho será determinada considerando (X<sub>lab</sub>) como erro do artefato obtido na calibração pelo participante e (X) como erro do artefato obtido como valor designado.

**Detalhes:**

✓ Erro do artefato (Valor encontrado no artefato da comparação menos o valor da referência);

✓ Incerteza expandida de medição (com uma probabilidade de abrangência de aproximadamente 95%).



**84º PROGRAMA DE ENSAIO DE PROFICIÊNCIA  
EM CALIBRAÇÃO NA ÁREA DE TEMPERATURA E  
UMIDADE  
NAS PRÓPRIAS INSTALAÇÕES DOS  
PARTICIPANTES – 2024**



✓ É recomendado enviar o certificado de calibração em formato PDF juntamente com a impressão do FT-04 (disponível no site) para o e-mail [pep@qlmpro.com.br](mailto:pep@qlmpro.com.br). Embora o envio do certificado de calibração não seja obrigatório, é importante para justificar erros no preenchimento do FT-04. Certificados de calibração enviados após a emissão do relatório preliminar não serão aceitos."

#### **14. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS**

- ABNT NBR ISO/IEC 17043:2011: Avaliação de Conformidade – Requisitos Gerais para ensaios de proficiência.
- Guia Para a Expressão da Incerteza de Medição, 3ª edição, 2003, Inmetro.
- VIM, Vocabulário Internacional de Metrologia: conceitos fundamentais e gerais e termos associados (VIM 2012) 1ª Edição Luso – Brasileira.
- ISO 13528:2022 - Statistical Methods for use in proficiency test by interlaboratory comparison.

### **Final do Protocolo**